

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 20DB920017432-001

Certificate No.



扫码识真伪

| | |
|--------------------------------|--|
| 证书单位 Applicant | 山东五洲浩特检测技术有限公司 |
| 计量器具名称 Name of Instrument | 多倍频试验发生器 |
| 型号/规格 Type/Specification | HMDBF-30kVA/800V |
| 出厂编号 Serial No. | 1606046 |
| 制造单位 Manufacturer | 武汉国电华美电气设备有限公司 JJG124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表 检定规程》 |
| 校准依据 Calibration Regulation | |



批准人:

Approved by

贾祺

核验员:

Checked by

王峰

校准员:

Calibrated by


张武



校准日期 2020 年 09 月 09 日
Date of Calibration Year Month Day

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号/汉阳大道119号
Address
邮编: 430050
Post Code
网址: www.whjl.org.cn
Website

电话: (027) 84846917, 84825873
Telephone
传真: (027) 84843950
Fax



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 20DB920017432-001
Certificate No.

● 本次校准所使用的主要计量标准器
Standards of measurement used in the Calibration

| 名称 Name | 证书编号 Certificate No. | 有效期至 Valid Date To |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 数字多用表 | 19DB919031965-001 | 2020-12-23 |

● 测量溯源性说明: 本次校准使用的计量标准均可溯源到国家计量基准
All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

● 校准环境条件
Environmental condition on the Calibration

温度: 25℃
Temperature

湿度: 55%RH
Humidity


其他: /
Others

地点: 客户现场(生产车间)
Place

测试检定(研究)
书骑缝章

7021895

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 20DB920017432-001

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、外观及工作正常性试验:
正常。

二、绝缘电阻:
大于500MΩ

三、频率试验:
实测频率150.6Hz

四、电压试验: (AC)

| 示值(V) | 实测值(V) |
|-------|--------|
| 100 | 99.65 |
| 200 | 199.17 |
| 400 | 298.40 |
| 500 | 496.23 |
| 600 | 595.81 |
| 800 | 794.92 |

测量不确定度: $U_{rel}=0.17\%$ $k=2$

以下空白



以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.